

Termohigrometru indicator

testo 608 – Monitorizarea continuă a climatului interior

Afișarea continuă a temperaturii, umidității și punctului de rouă

Afișarea valorilor minime și maxime

Funcție de monitorizare a bateriei

Avantaje adiționale testo 608-H2:

Alarmare cu LED-uri la depășirea valorilor limită predefinite

Acuratețe mare de ± 2 %UR



Higrometrul testo 608-H1 măsoară continuu umiditatea, temperatura și punctul de rouă. Valorile indicate pe ecranul de mari dimensiuni sunt ușor de citit chiar și de la distanță, instrumentul putând fi poziționat atât pe perete cât și pe masă.

testo 608 afișează valorile minime/maxime și indică starea bateriei. Datorită senzorului stabil în timp, puteți conta pe rezultate corecte ale măsurărilor pe perioade îndelungate.

testo 608-H2, higrometrul de precizie cu funcție de alarmare, raportează cu exactitate depășirea valorilor limită ale umidității și temperaturii, de exemplu în sere și solarii, zone de depozitare, camere sterile, muzee sau laboratoare.

Date tehnice / Accesorii

testo 608-H1

Higrometru pentru umiditate/punct de rouă/temperatură, include baterie

Cod produs: 0560 6081



testo 608-H2

Higrometru pentru umiditate/punct de rouă/temperatură, cu funcție de alarmare cu LED, include baterie și protocol de calibrare din fabrică

Cod produs: 0560 6082



Date tehnice generale

Interval de măsurare	18 sec.
Temp. de depozitare	-40 la +70 °C
Tip baterie	9V
Durata de viață a bateriei	aprox. 1 an
Greutate	168 g
Dimensiuni	111 x 90 x 40 mm
Material carcasă	ABS
Afișaj	LCD, 2 linii
Garanție	2 ani

Date tehnice	testo 608-H1		testo 608-H2	
Tip senzor	NTC	Senzor de umiditate capacitiv	NTC	Senzor de umiditate capacitiv
Domeniu de măsură	0 la +50 °C -20 la +50 °C td	+10 la +95 %UR	-10 la +70 °C -40 la +70 °C td	+2 la +98 %UR
Acuratețe ±1 cifră	±0,5 °C (la +25 °C)	±3 %UR (+10 la +95 %UR)	±0,5 °C (la +25 °C)	±2 %UR (+2 la +98 %UR)
Rezoluție	0,1 °C	0,1 %UR	0,1 °C	0,1 %UR
Temperatura de operare	0 la +50 °C		-10 la +70 °C	

Accesorii

Cod produs

Accesorii pentru termohigrometru

Certificat de etalonare ISO pentru umiditate, puncte de calibrare 11,3 %UR și 75,3 %UR la +25 °C/+77 °F; per canal/instrument

0520 0076

Testo România

Calea Turzii 247
400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro