



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE PER DISPOSITIVI MEDICI DECLARATION OF CE CONFORMITY FOR MEDICAL DEVICE

Direttiva 93/42/CEE / Direttiva 2007/47/CE
Directive 93/42/EEC / Directive 2007/47/EC



La LASCOD S.p.A., via L. Longo n° 18, 50019 Sesto Fiorentino / Firenze (Italia), sotto la propria responsabilità dichiara che lo strumento:

S.p.A., via L. Longo n°18, 50019 Sesto Fiorentino / Florence (Italy), declares under its own responsibility that the instrument:

PORTAIMPRONTE **IMPRESSION TRAY**

distribuito con codici articolo / distributed with item code :

EXF103 / EXF104 / EXF105 / EXF112 / EXF113 / EXF114 / EXF115 / EXF203 / EXF204 / EXF205 / EXF212 / EXF213 / EXF214 / EXF215 / EXL303 / EXL304 / EXL305 / EXL312 / EXL313 / EXL314 / EXL315 / EXL403 / EXL404 / EXL405 / EXL412 / EXL413 / EXL414 / EXL415

- é un dispositivo medico di classe I (Allegato IX, Regola n°5);
it is a medical device of class I (Annex IX, Rule n°5);
- soddisfa i Requisiti Essenziali applicabili e le disposizioni della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE (la documentazione tecnica relativa ai dispositivi medici oggetto di questa dichiarazione è conservata presso la sede del Fabbricante);
meets the Essential Requirements and applicable provisions of the Medical Devices Directive 93/42/EEC, as amended by the Directive 2007/47/CE (the technical documentation about the medical devices object of this declaration is kept in the Manufacturer head quarter);
- è conforme ai requisiti tecnici della norma UNI EN ISO 7153/1;
it is in conformity with the UNI EN ISO 7153/1 technical requirements.

Sesto Fiorentino, 23/07/2020

LASCOD S.p.A.
Gualtiero Cozzi
(General Manager)

SINCERT



LASCOD Spa

Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - tel. (+39) 055 421 57 68 r.a.
www.lascod.com - lascod.italy@lascod.it - (suppliers: suppliers@lascod.it - (Asian Branch): lascod.asia@lascod.com
Cap. Soc. € 464.760 int. vers. - Cod. Fisc. e Part. IVA 02116180486 - Reg. Trib. FI N° 49094 - N° Meccan. FI051784